

7 Anlage IV

Durchführung der Abnahmeprüfung an Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen

(Grundlage: QS-RL)

Nr. in Tab. 3.1.2 der QS-RL	Prüfposition (Stichwort)	Art der Prüfung	
		3 Typ 1	4 Typ 2
1	Röhrensparnungsanzeige		x
2	Dosisausbeute		x
3	Schaltzeit-Anzeige und kürzeste Schaltzeit		x
4	Nenndosis (analog), Abschaltdosis (digital), Dosisindikator	x	
5	Dosis Indirekttechnik	x (analog)	x (digital)
6	Filterung		x
7	Dosisflächenprodukt		x
8	Schwächungsfaktor		x
9	Feldgröße, Zentrierung	x	
10	Bildempfänger-Eingangsdosisleistung		x
11	Auflösungsvermögen	x	
12	Mindestkontrast	x	
13	Sicht-/Funktionsprüfung	x	
14	Bezugswerte für die Konstanzprüfung	x	

Anmerkung:

Typ 1: Prüfung am Betriebsort erforderlich

Typ 2: Prüfung beim Hersteller möglich