

9 Abkürzungsverzeichnis

ADR	=	Automatische Dosisleistungsregelung
AtG	=	Atomgesetz
BV	=	Bildverstärker
BAZ	=	Bauartzulassung
BDS	=	Bilddokumentationssystem
BKP	=	(Festsetzung der) Bezugswerte für die Konstanzprüfung
BWG	=	Bildwiedergabegerät
CE	=	Communauté Européenne
CDMAM	=	Contrast Detail Mammography Phantom
CR	=	Computed Radiography (Speicherfolien-System)
CT	=	Computertomographie
CTDI	=	Computed Tomography Dose Index
DFP	=	Dosisflächenprodukt
DLP	=	Dosislängenprodukt
D _{PD}	=	Parenchymdosis
DCM	=	Digital Cine Mode
DR	=	Direct Radiography (Festkörperdetektor-Systeme)
DSA	=	Digitale Subtraktions-Angiographie
DVT	=	Digitale Volumentomographie
EPQC	=	European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Mammography Screening
FFA	=	Fokus- Film-Abstand (Fokus-Detektor-Abstand)
FHA	=	Fokus-Haut-Abstand
FFS	=	Film-Folien System
HLM	=	High Level Mode
LIH	=	Last Image Hold
LIR	=	Last Image Run
L _p	=	Linienpaar
MPG	=	Medizinproduktegesetz
PACS	=	Picture Archiving and Communication Systems
PAS	=	Publicly Available Specification
PMMA	=	Polymethylmethacrylat („Acrylglas“)
PSA	=	Persönliche Schutzausrüstung
PTA	=	Perkutane transluminare Angioplastie
PTCA	=	Perkutane transluminare Coronar-Angioplastie
QS-RL	=	Qualitätssicherungs-Richtlinie
RöV	=	Röntgenverordnung
S	=	Speed (Empfindlichkeit)
SAF	=	Strahlenaustrittsfenster
SC	=	Speed Class (Empfindlichkeitsklasse)
SFP	=	Sicht- und Funktionsprüfung
SID	=	Source Image Distance
ZVEI	=	Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.